

email公告

助 教

電子工程學研究所
助 教 吳依倩

106/06/15 09:28:11

國立臺灣大學 書函

機關地址：10617 臺北市羅斯福路4段1號

聯絡人：陳君如

電話：(02)33662003

電子郵件：chencj@ntu.edu.tw

受文者：如行文機關

校內電子文

發文日期：中華民國106年6月9日

發文字號：校環保字第1060044377號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：事件報導與檢討

主旨：本校5月份發生2起災害事件，請轉知所屬注意防範，避免類似意外

發生，請查照。

說明：旨揭意外事件之發生原因與檢討建議請參附件。

正本：各一級單位、創新育成中心、財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心、中央研究院原分所、中央研究院生化所、中央研究院天文物理所

副本：

國立臺灣大學

裝

訂

線

國立臺灣大學 106 年 5 月份災害事件檢討

環安衛中心 106.6

【案例一】天花板瞬間掉落事件

一、時間：106 年 5 月 4 日(星期四)下午

二、發生原因：不明原因。

三、事發經過：某實驗場所一下午，突然有牆壁碎裂聲，接著約 20 公斤重天花板石膏壁磚瞬間掉落，擊落在位於下方正在使用電腦的同學，造成其背部有瘀青痕跡，並回家休養。

四、檢討與建議：檢查其他地方是否有疑似快掉落之情形，並做補強，以避免類似意外發生。

【案例二】實驗過程中不慎爆裂事件

一、時間：106 年 5 月 20 日(星期六)下午

二、發生原因：未知其危險性。

三、事發經過：某博士後研究員於膜分離實驗室實驗區進行塑膠粒子攪拌磨碎的實驗，將塑膠粒子與水盛裝於體積為 200ml 之玻璃研磨杯中，將裝有內容物之研磨杯旋緊固定於底座後，以研磨機進行研磨，一下時間後停下來攪拌，欲將已冒煙中的玻璃杯放至於水槽待其降溫，未料此時該研磨杯於水槽中爆裂，右手前臂遭飛射出的碎玻璃劃傷，大量出血，隨後送國泰醫院進行動脈縫合與微創手術。

四、檢討與建議：應持續加強安全衛生教育訓練，並改變其實驗方法，以避免類似意外發生。

